

细胞色素 b5 (Cytochrome b5) 含量检测试剂盒说明书

可见分光光度法

注意：本产品试剂有所变动，请注意并严格按照该说明书操作。

货号：BC2760

规格：50T/48S

产品内容：使用前请认真核对试剂体积与瓶内体积是否一致，有疑问请及时联系索莱宝工作人员。

试剂名称	规格	保存条件
试剂一	粉剂×2 瓶	4°C保存
试剂二	液体 85mL×1 瓶	4°C保存
试剂三	粉剂×2 瓶	4°C保存

溶液的配制：

- 1、试剂一：临用前取一瓶加入 50mL 蒸馏水，充分溶解；用不完的试剂 4°C 可保存 4 周；
- 2、工作液配制：临用前取一瓶试剂三，戴一次性手套，小心打开试剂三瓶盖，缓慢加入 30mL 试剂二，充分溶解，4°C 避光可保存 1 周。

产品说明：

细胞色素 P450 酶是一组主要存在于肝脏的同工酶，在外源物质代谢中具有重要作用，尤其是药物和毒物的代谢。细胞色素 P450 和细胞色素 b5 是 P450 酶系的两个血红素蛋白，其比值的变化与 P450 代谢活性密切相关。

氧化型细胞色素 b5 经连二亚硫酸钠还原后，在 424nm 处有最大吸收峰，通过测定 424nm 和 490nm 处吸光值的差异，即可计算出细胞色素 b5 的含量。

注意：实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

需自备的仪器和用品：

可见分光光度计、低温离心机、超速离心机、恒温培养箱、研钵/匀浆器、可调式移液器、1mL 玻璃比色皿、冰和蒸馏水。

操作步骤：

一、样本提取（可适当调整待测样本量，具体比例可以参考文献）

- 1、除去细胞核和线粒体等：称约 0.5g 组织，加入 4°C 预冷的 1mL 试剂一，冰上充分研磨，10 000g，4°C 离心 30min，取上清液，转移到超速离心管中。
- 2、粗制微粒体：4°C，100 000g，离心 60min，弃上清液。
- 3、除血红蛋白等杂质：向步骤 2 的沉淀中加 1mL 试剂一，盖紧后充分震荡溶解，100 000g 离心 30min，弃上清液。
- 4、最终微粒体：向步骤 3 的沉淀中加 0.5mL 试剂二，盖紧后充分震荡溶解，即待测液，置于冰上待测。

二、测定步骤

- 1、可见分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 424nm 和 490nm，蒸馏水调零。
- 2、空白管：取 1mL 玻璃比色皿，依次加入 50μL 蒸馏水、1000μL 工作液，室温静置 2min，分别测定 424nm 和 490nm 处吸光值，424nm 处吸光值记为 A 空白管 1，490nm 处吸光值记为 A 空白管 2。计算 ΔA 空白管 = A 空白管 1 - A 空白管 2。注：空白管只需做 1-2 次。

3、**测定管**: 取 1mL 玻璃比色皿，依次加入 50 μ L 待测液、1000 μ L 工作液，室温静置 2min，分别测定 424nm 和 490nm 处吸光值，424nm 处吸光值记为 A 测定管 1，490nm 处吸光值记为 A 测定管 2。计算 ΔA 测定管=A 测定管 1-A 测定管 2。

三、细胞色素 b5 含量计算

(1) 按蛋白浓度计算

$$\begin{aligned}\text{细胞色素 b5 含量}(\text{nmol/mg prot}) &= (\Delta A \text{ 测定管}-\Delta A \text{ 空白管})\div(\varepsilon\times d)\times V_{\text{反总}}\div(C_{\text{pr}}\times V_{\text{样}}) \\ &= 122.8\times(\Delta A \text{ 测定管}-\Delta A \text{ 空白管})\div C_{\text{pr}}\end{aligned}$$

(2) 按样本质量计算

$$\begin{aligned}\text{细胞色素 b5 含量}(\text{nmol/g 质量}) &= (\Delta A \text{ 测定管}-\Delta A \text{ 空白管})\div(\varepsilon\times d)\times V_{\text{反总}}\times(V_{\text{样总}}\div V_{\text{样}})\div W \\ &= 61.4\times(\Delta A \text{ 测定管}-\Delta A \text{ 空白管})\div W\end{aligned}$$

ε : 还原型细胞色素 b5 纳摩尔消光系数, 171×10^{-6} L/nmol/cm; d: 比色皿光径 (cm), 1cm; V 反总: 反应体系总体积, 1.05 mL; Cpr: 待测液蛋白质浓度 (mg/mL), 需要另外测定 V 样: 加入反应体系中待测液体积, 50 μ L=0.05 mL; V 样总: 待测液总体积, 0.5 mL; W: 样品质量, g。

注意事项:

- 如果测定吸光值 $A>1.2$ 或 $\Delta A>0.8$, 建议稀释样本后再测定, 计算公式中乘以稀释倍数。
- 如果测定吸光值较低或接近空白 OD 值, 建议增加样本量后再进行测定, 注意同步修改计算公式。